

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 044/2022/SES.

SIGADOC-PRO-2022/31652

PREGÃO: Nº 027/2022/SES.

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no site eletrônico desta Secretaria (www.saude.mt.gov.br).

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes, EQUIPAMENTOS PARA CENTRO CIRÚRGICO E CME- LISTA 2, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia, para atender as necessidades dos hospitais sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

EMPRESA: LOTUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 25.386.146/0001-48

ENDEREÇO: RUA RIO MUCURI,40- CEP: 82.840-340 CURITIBA - PR

REPRESENTANTE: ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA

CPF: 037.166.579-56 RG: 5.880.469-0 PR

E-MAIL: licitalotus@gmail.com

EMPRESA: KSS COM E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA

CNPJ: 79.805.263/0001-28

ENDEREÇO: NA RUA CASTRO, 29 - CRUZEIRO, CEP 83010-080 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

REPRESENTANTE: RICARDO CARVALHO

CPF: 873.087.209-00 RG: 5.430.580-0-SSP-PR

E-MAIL: kss@grupokss.com.br

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

FOTÓFORO LED:
PERMITE AO
PROFISSIONAL
MANTER AS MÃOS
LIVRES PARA
PROCEDER A
INVESTIGAÇÃO DO
PACIENTE
EXECUTANDO
PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS COM
EXCELENCIA.
APARELHO MODERNO
COM CAPACIDADE DE
LUZ LED DE 5W,
ILUMINAÇÃO INTENSA
BRANCA E LIVRE DE
SOMBRAS
PERMITINDO AO
MÉDICO VER
CARACTERÍSTICAS DO
TECIDO COM MAIOR
NITIDEZ E SEM
DISTORÇÃO.
ILUMINAÇÃO LED DE
5W - 50.000 LUX NÃO
EMITE CALOR COMO
OUTRAS
TRADICIONAIS
LÂMPADAS
HALÓGENAS, LEVE E
REGULÁVEL SEU
CAPACETE POSICIONA-
SE
CONFORTAVELMENTE
NA CABEÇA. COM
ALIMENTAÇÃO BIVOLT
AUTOMÁTICA E
BATERIA DE LÍTHIO
RECARREGÁVEL PARA
APROXIMADAMENTE
2,5 HORAS DE USO
CONTÍNUO, POSSUI
INDICAÇÃO DE
BATERIA FRACA
PODENDO SER USADO
O APARELHO QUANDO
A BATERIA É
RECARREGADA.
ACOMPANHA CASE DE
ALUMÍNIO PARA
TRANSPORTE SEGURO
DO APARELHO E
TOTAL

PORTABILIDADE. -
ILUMINAÇÃO LED DE
5W - 50.000 LUX;
AJUSTE DE ABERTURA
E INTENSIDADE DA
LUZ; TEMPERATURA
DE COR DE 6000K E
LIVRE DE RAIOS UV;
ILUMINAÇÃO COAXIAL
HOMOGÊNEA E LIVRE
DE SOMBRAS ;
ALIMENTAÇÃO DC
(BATERIA) E AC
(BIVOLT);
EXTREMAMENTE
CONFORTÁVEL, LEVE E
SILENCIOSO; BATERIA
DE LÍTIO 7,2 V
RECARREGÁVEL PARA
APROXIMADAMENTE
2,5 HORAS DE USO ,
COM INDICADOR DE
CARGA. DIMENSÃO:
DIÂMETRO DO FOCO:
20 - 100MM;
REGULADOR DE
INTENSIDADE E
ABERTURA DO CAMPO
DE VISÃO DE 20 A 100
MM; DISTANCIA DE
TRABALHO 500 MM;
COMPONENTES: 01
MANUAL DE
INSTRUÇÃO EM
PORTUGUÊS, 01
ILUMINAÇÃO PARA
C A B E Ç A COM
ILUMINAÇÃO LED E
CAPACETE
REGULÁVEL; 01
TRANSFORMADOR
BIVOLT, 01 BATERIA
DE LÍON DE LÍTIO,
BATERIA QUE NÃO
VICIA, 01 ESTOJO
PARA TRANSPORTE EM
ALUMÍNIO.

MESA CIRÚRGICA
E L É T R I C A , PARA
PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS MÍNIMAS:
B A S E FABRICADA EM
AÇO INOXIDÁVEL OU
MATERIAL SUPERIOR,
COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSÃO,
PODENDO SER
REVESTIDA EM
POLÍMERO ABS
REFORÇADO, AÇO
INOXIDÁVEL OU
MATERIAL SUPERIOR.
BASE MÓVEL COM
RODÍZIOS DE NO
MÍNIMO 3 E NO
MÁXIMO 5 POLEGADAS
DOTADA DE SISTEMA
DE MOVIMENTAÇÃO,
FIXAÇÃO E FREIOS
MOTORIZADOS
ACIONADOS ATRAVÉS
DO PAINEL DE
CONTROLE.COLUNA
FABRICADA EM AÇO
INOXIDÁVEL OU
MATERIAL SUPERIOR,
COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSÃO,
PODENDO SER
REVESTIDA EM
POLÍMERO ABS
REFORÇADO, AÇO
INOXIDÁVEL AISI 304
OU MATERIAL
SUPERIOR.CHASSIS:
FABRICADO EM AÇO
INOXIDÁVEL OU
MATERIAL SUPERIOR,
COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSÃO, COM
SISTEMA QUE
PROPORCIONE A
BLINDAGEM CONTRA
LÍQUIDOS DAS PARTES
INTERNAS.LEITO
ARTICULÁVEL.

RADIOTRASPARENTE, DIVIDIDO NO MÍNIMO EM 05 SEÇÕES (C A B E Ç A , DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNEIRA RETRÁTEIS). RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 220 KG NA POSIÇÃO ZERO.MOVIMENTOS MOTORIZADOS: REGULAGEM DE ALTURA A PARTIR DE 760 MM OU MENOR COM CURSO DE NO MÍNIMO 200MM DE ELEVACÃO, TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, REVERSO DO TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, LATERALIDADE NAS ÂNGULAÇÕES MÍNIMAS DE 0 A 18 GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NA FAIXA MÍNIMA DE +/- 300MM PARA CADA LADO E DORSO. OS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DEVERÃO SER ACIONADOS POR PAINEL DE CONTROLE LOCALIZADO NA COLUMNA DA MESA E VIA CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO.DEVE PERMITIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE POSIÇÕES: RENAL; SEMIFLEXÃO DE PERNA E COXA; FLEXÃO ABDOMINAL; SEMISSENTADO E SENTADO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:01 ARCO DE NARCOSE; 01 SUPORTE PARA RENAL; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇO, 01PAR DE PORTA-COXA, 01 PAR DE SUPORTES LATERAIS, 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 JOGO DE COLCHONETE INJETADO EM POLIURETANO, LEVE E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, IMPERMEÁVEL SEM NENHUM TIPO DE COSTURA OU REVESTIMENTO, BIOCOMPATÍVEL, NÃO IRRITANTE E NÃO ALÉRGICO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. CAPACIDADE MÍNIMA 220KG.

MESA CIRÚRGICA E L É T R I C A , PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR,

COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLIMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR. BASE MÓVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 POLEGADAS DOTADA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E FREIOS MOTORIZADOS ACIONADOS ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLE. COLUMNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLIMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU MATERIAL SUPERIOR. CHASSIS: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, COM SISTEMA QUE PROPORCIONE A BLINDAGEM CONTRA LÍQUIDOS DAS PARTES INTERNAS. LEITO ARTICULÁVEL, RADIOTRANSARENTE, DIVIDIDO NO MÍNIMO EM 05 SECÇÕES (CABEÇA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNEIRA RETRÁTEIS). RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 300 KG NA POSIÇÃO ZERO. MOVIMENTOS MOTORIZADOS: REGULAGEM DE ALTURA A PARTIR DE 760 MM OU MENOR COM CURSO DE NO MÍNIMO 200MM DE ELEVAÇÃO, TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, REVERSO DO TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, LATERALIDADE NAS ANGULAÇÕES MÍNIMAS DE 0 A 18 GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NA FAIXA MÍNIMA DE +/- 300MM PARA CADA LADO E DORSO. OS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DEVERÃO SER ACIONADOS POR PAINEL DE CONTROLE LOCALIZADO NA COLUMNA DA MESA E VIA CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO. DEVE PERMITIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE S POSIÇÕES: RENAL; SEMIFLEXÃO DE PERNA E COXA; FLEXÃO ABDOMINAL; SEMISSENTADO E SENTADO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS

QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:01 ARCO DE NARCOSE; 0 1 SUPORTE PARA RENAL; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇO, 01PAR DE PORTA-COXA, 01 PAR DE SUPORTES LATERAIS, 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 JOGO DE COLCHONETE INJETADO EM POLIURETANO, LEVE E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, IMPERMEÁVEL SEM NENHUM TIPO DE COSTURA OU REVESTIMENTO, BIOCOMPATÍVEL, NÃO IRRITANTE E NÃO ALÉRGICO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. CAPACIDADE NO MINIMO 300KG

TOTAL GERAL: 9 7 7 . 5 2 1 , 0 0

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contando a data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2022.

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 044/2022/SES

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 718f4c60

Consulte a autenticidade do código acima emhttps://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar