

RESULTADO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023

PROCESSO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2023/43016

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, por intermédio de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria n. 374/2023/GBSES publicada em 17/05/2023, torna público o RESULTADO da licitação em epígrafe, cuja sessão inicial ocorreu em 06/03/2024, com objeto que consiste na "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, NOS TERMOS CONSTANTE NESTE EDITAL - LISTA 1 (IMAGEM)", nos seguintes termos:

EMPRESA

VENCEDORA:

LOTUS

INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA

CNPJ:

02.799.882/0001-

22

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	<p>RX DIGITAL FIXO DETECTOR: TAMANHO DO DETECTOR: 43X43 CM OU 35X43 CM. QUANTIDADE DE DETECTORES: 2 (1 PARA A MESA E 1 PARA O BUCKY MURAL). NO CASO DE 1 ÚNICO DETECTOR, ESTE DEVE COMUTAR AUTOMATICAMENTE ENTRE A POSIÇÃO MESA E BUCKY MURAL. MATERIAL DE FABRICAÇÃO DE IODETO DE CÉSIO OU SILÍCIO-AMORFO. GRADE(S) COMPATÍVEL(IS) PARA DISTÂNCIAS FOCAIS DE 1 E 1,8 M. MATRIZ MÍNIMA DE 1990 X 2048 PIXEL. TAMANHO DE PIXEL MÁXIMO: 143 MICROMETROS. PROFUNDIDADE DE PIXEL MÍNIMO DE 14BITS. DEVE SUPOSTAR 150KG OU MAIS SOBRE SUA SUPERFÍCIE. MESA: CAPACIDADE MÍNIMA DA MESA DE 220KG. ALTURA MÍNIMA DA MESA DE 55CM OU MAIS BAIXA. AJUSTE DE POSICIONAMENTO DO TAMPO ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE FREIOS (TAMPO FLUTUANTE) COM RANGE MÍNIMO DE MOVIMENTO DE 65 CM (LONGITUDINAL) E 15 CM (TRANSVERSAL). GERADOR: POTENCIA DO GERADOR &gt;= 65KW. RANGE DE POSSIBILIDADES DE KV: 40 A 150KV. RANGE DE POSSIBILIDADES DE MA: 10 A 800MA. TUBO DE RAIOS-X: TUBO DE RAIOS-X COM ANODO GIRATÓRIO. TUBO COM CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE 400KHU. ESPESSURA DE FOCO FINO DE 0,5 A 0,6MM. ESPESSURA DE FOCO GROSSO DE 1 A 1,2 MM DISTÂNCIA DO PONTO FOCAL DEVERÁ PERMITIR SID ENTRE 100-180CM. FILTRAÇÃO EQUIVALENTE TOTAL PERMANENTE ≥ 2,5 MM AL. COLIMADOR COM CAMPO LUMINOSO COM ACIONAMENTO MANUAL E TEMPORIZADOR. COLIMADOR COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 180°. ESTATIVA (BUCKY MURAL): ESTATIVA COM DESLOCAMENTO VERTICAL. BUCKY COM ANGULAÇÃO DE 90° PARA REALIZAR EXAMES DE EXTREMIDADES. SUPORTE DE BRAÇO PARA ESTATIVA PARA APOIO DO PACIENTE. DISTANCIA DO CHÃO: MÍNIMA DE 50CM (OU MAIS BAIXO) E MÁXIMA DE 165CM (OU MAIS ALTA). CONSOLE DE AQUISIÇÃO: SISTEMA OPERACIONAL COM DEVIDAS LICENÇAS.</p>				R\$	R\$

01	<p>SISTEMA OPERACIONAL QUE AINDA ESTEJA COM SUPORTE DE SEU FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS E RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS. MONITOR DE VIDEO DE, NO MÍNIMO, 21,5 POLEGADAS. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VERBAL COM O PACIENTE (INTERCOMUNICADOR). RECURSO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E IMPRESSÃO DE FILMES. MOUSE E TECLADO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 500GB. CONEXÃO COM A REDE TIPO ETHERNET. SOFTWARE PARA MANIPULAR IMAGENS (JANELAMENTO, ZOOM, INSERÇÃO DE LATERALIDADE DIGITALMENTE). COLIMAÇÃO POR SOFTWARE DA ÁREA DA IMAGEM NÃO IRRADIADA (SHUTTER ELETRÔNICO). POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE TEXTOS FIXOS E EDITADOS PELO USUÁRIO. POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO E INVERSÃO DA IMAGEM. SOFTWARE QUE POSSIBILITE A OBTENÇÃO DE IMAGENS PANORÂMICAS PARA EXAMES DE COLUNA TOTAL, QUE PERMITA A CAPTURA DE NO MÍNIMO 2 IMAGENS PARA COMPOSIÇÃO DE ÚNICA IMAGEM, SOFTWARE QUE REALIZE A JUNÇÃO DAS IMAGENS. PACOTE DE CONECTIVIDADE DICOM 3.0: QUERY /RETRIVE (SCP/SCU), DICOM PRINT, DICOM STORAGE (SCP/SCU), WORKLIST (MWM). ACESSÓRIOS: FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSÓRIOS OEM INDISPENSÁVEIS AO USO DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - QUALIDADE DA IMAGEM: DEVE ATENDER TODOS OS REQUISITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 90 DE 27 DE MAIO DE 2021. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA. EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS POR, NO MÍNIMO, 10 ANOS APÓS A ENTREGA DO MESMO NO SITE. MANUAIS: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER UM JOGO DE MANUAIS TÉCNICOS COM PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.</p>	02 279.000,00 558.000,00
----	--	--------------------------

VALOR TOTAL: R\$  
558.000,00

Cuiabá - MT, 10 de abril de 2024.

WESLEY JEAN NUNES DA CUNHA BASTOS

Superintendente de Aquisições e Contratos - SUAC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023

PROCESSO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2023/43016

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições HOMOLOGA o Resultado Final do procedimento licitatório Pregão Eletrônico n. 069/2023, Processo Administrativo (SIGADOC) nº SES-PRO-2023/43016, cuja sessão inicial ocorreu em 06/03/2024, com objeto que consiste na "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, NOS TERMOS CONSTATANTE NESTE EDITAL - LISTA 1 (IMAGEM)".

Cuiabá - MT, 10 de abril de 2024.

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado de Saúde

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)